



DZP.381.18B.2022

Katowice 29.06.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy: Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
p.n.: Obsługa serwisowa aparatów do znieczulania - **DZP.381.18B.2022**

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 2 w następujący sposób:

PYTANIE NR 2

Pytanie 2 dot. pakietu 3

W przedmiotowym pakiecie znajduje się respirator Savina. Naprawy oraz kompleksowa konserwacja tego urządzenia medycznego mogą być przeprowadzane jedynie przez ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę udokumentowaną certyfikatami szkoleń u producenta na dany rodzaj aparatu, doświadczenia do dokumentacji technicznej zawierającej aktualizowane informacje przez producenta, doświadczenia do oryginalnych części producenta. Spełnienie wszystkich powyższych punktów warunkuje poprawność wykonania procedury producenta. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców spełnienia powyższych warunków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Zapisy § 1 ust 1 i 2 projektu umowy określają wymagania poprawnego wykonania przeglądów technicznych i napraw. Kwalifikacje personelu są jednym z kryteriów oceny ofert i są punktowane.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych