



DZP.381.110A.2023

Katowice 25.10.2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 450 x 300 x 85 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany rozmiar i jednocześnie modyfikuje OPZ w zał. 3.1 oraz formularzu ofertowym.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze 4kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją naświetlania regulowaną w 5 poziomach w zakresie: 30 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ - 120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$?

Odpowiedź:

W OPZ wskazano wartości minimalne. Wskazane w pytaniu parametry mieszczą się w wymaganym zakresie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampę z efektywną powierzchnią naświetlania 40 x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści lampę z czytelnym, jednokolorowym wyświetlaczem LCD o rozmiarze 5,4"?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. i jednocześnie modyfikuje OPZ w zał. 3.1

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści lampę bez pomiaru temperatury ciała?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści lampę z klasa odporności elektrycznej: I, oraz klasa wyrobu medycznego: IIb?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści lampę bez alarmów dźwiękowych i wizualnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznika nr 3.1 do SWZ Pakiet 1– Lampa do fototerapii diodowa statywowa
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy lampy do fototerapii amerykańskiej produkcji firmy NATUS, posiadającą wbudowane diody led światła niebieskiego i światła białego, z parametrami technicznymi:

Liczba diod Led światła niebieskiego 12 szt. + liczba diod światła białego – 9 szt.
Długość fali, Wartość szczytowa fali 450-470
Możliwość wyboru 2 poziomów intensywności naświetlania: -niskie/standardowe $15 \pm 2 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ (możliwość regulacji w zakresie ok $10\text{-}35\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$) - wysokie/intensywne $35 \pm 2 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ (możliwość regulacji w zakresie ok $30\text{-}55 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$)
Powierzchnia efektywnego naświetlania $29 \times 25 \text{ cm}$, $> 700 \text{ cm}^2$
Bez kolorowego wyświetlacza i wyświetlanych komunikatów w j. polskim. Lampa posiada wskaźnik zasilania sieciowego i wskaźnik serwisu.
Bez Wyświetlacza LCD. Lampa posiada licznik godzin terapii danego pacjenta oraz licznik urządzenia rejestrujący całkowitą liczbę godzin pracy niebieskich diod LED.
Bez możliwości zaprogramowania czasu terapii. Lampa dodatkowo posiada włączenia światłabiałego do obserwacji pacjenta.
Przycisk czasowego wstrzymania naświetlania, który jednocześnie przetacza na światło białe.
Długość kabla ok 2m.
Bez alarmów dźwięków
Waga stojaka ok. 10,9 kg, waga uchwytu ok 1,8 kg
Dowolna regulacja wysokości i kąta nachylenia lampy za pomocą uchwytu, który może być przymocowany do stojaka lub innego drążka.



Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lampy o cechach wskazanych w pytaniu.

Pytanie nr 10

Dotyczy: pakietu nr 2

Czy w celu ochrony zdrowia personelu oraz osób przebywających w pomieszczeniu gdzie prowadzona jest fototerapia zamawiający wymaga lampy z funkcją ciągłego łagodzenia intensywności niebieskiej barwy światła poprzez białe światło LED dla osób wrażliwych i otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności leczenia. Takie rozwiązanie korzystnie wpływa dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz komfort pracy personelu i jednocześnie zapewnia skuteczne leczenie pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lampy o wskazanych funkcjach.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznika nr 7A do SWZ, § 5

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości sprzętu którego faktycznie dotyczy zwłoka a nie od wartości całej umowy

Odpowiedź:

Z treści pytania wynika, że dotyczy ono wzoru umowy – załącznik nr 5.

Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 12

Dotyczy: lampa do fototerapii diodowa statywowa – pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie lampy o długości fali 450-470nm.

Odpowiedź:

W OPZ wskazano wartości minimalne długości fali. Wskazane w pytaniu wartości mieszczą się w wymaganym zakresie.

Pytanie nr 13

Dotyczy: lampa do fototerapii diodowa statywowa – pakiet nr 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyświetlania temperatury ciała pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wskazanego wymogu.

Pytanie nr 14

Dotyczy: lampa do fototerapii diodowa statywowa – pakiet nr 1

Prosimy o dostąpienie od wymogu alarmów, w przypadku gdy obsługa lampy nie wymaga takiej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wskazanego wymogu.



Pytanie nr 15

Dotyczy: łóżeczko podgrzewane, tzw. ciepłe gniazdko - pakiet nr 2 pkt. 8
Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego rozwiązania.

Pytanie nr 16

Dotyczy: łóżeczko podgrzewane, tzw. ciepłe gniazdko pkt. 9
Prosimy o odstąpienie od wymogu: "Zapisywania ustawień użytkownika".

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wskazanego wymogu.

Pytanie nr 17

Dotyczy: łóżeczko podgrzewane, tzw. ciepłe gniazdko pkt 12
Prosimy o dopuszczenie zakresu temperatury 30-39°C ze skokiem co 0,1°C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany zakres temperatury. Jednocześnie modyfikuje OPZ – zał. nr 3.2.

Pytanie nr 18

Dotyczy: łóżeczko podgrzewane, tzw. ciepłe gniazdko pkt. 14
Prosimy o dopuszczenie 90W.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie modyfikuje OPZ – zał. nr 3.2.

Pytanie nr 19

Dotyczy: pakiet nr 1
Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii z ekranem LCD o przekątnej 2,6 cala?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lampy o wskazanych w pytaniu parametrach.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający informuje o przesunięciu terminu:

składania ofert:

z 26.10.2023 godzina 10.00 na 02.11.2023 godzina 10:00

otwarcia ofert:

z 26.10.2023 godzina 10:30 na 02.11.2023 godzina 10:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych