



DZP.381.5A.2023

Katowice 08.03.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników laboratoryjnych do tromboelastometrii wraz z najmem analizatora*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści do oceny tromboelastometr prezentujący tromboelastogram pacjenta w odniesieniu do zakresu wartości referencyjnych w formie liczbowej oraz do wcześniejszych badań pacjenta po wczytaniu ich z pamięci analizatora ?

ODPOWIEDZ

2 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści objętość próbki potrzebną dla jednego pomiaru nie większą niż 340 µl ?

Pozostałe parametry wymagane przez zamawiającego pozostają bez zmian

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów, wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3 (dotyczy warunków udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia)

Jednocześnie zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku 6 (wzór umowy) i usuwa zdublowane pkt. 15 i 16 z §2

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2023r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2023r. o godz. 10:30

Oferta musi zachować ważność do 19.06.2023r.

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Opublikowane sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych