

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393171-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Katowice: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
2020/S 162-393171**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 132-323090)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres pocztowy: ul. Ceglana 35

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-514

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Klata

E-mail: bzp@uck.katowice.pl

Tel.: +48 323581441

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uck.katowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa akcesoriów endoskopowych

Numer referencyjny: DZP/381/52A/2020

II.1.2) Główny kod CPV

33168000 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa akcesoriów endoskopowych - wyszczególnienie asortymentowo ilościowe oraz wymagania jakościowe określono w załącznikach nr 4.1- 4.25 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), W zakresie pakietów 1,11,12 zamawiający dopuszcza składanie ofert na pozycje.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności

Do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu). Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/uck>

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 132-323090](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

Dostawa akcesoriów endoskopowych - wyszczególnienie asortymentowo ilościowe oraz wymagania jakościowe określono w załącznikach nr 4.1- 4.25 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności

Do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu). Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/uck>

Powinno być:

Dostawa akcesoriów endoskopowych - wyszczególnienie asortymentowo ilościowe oraz wymagania jakościowe określono w załącznikach nr 4.1- 4.25 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), W zakresie pakietów 1,11,12 zamawiający dopuszcza składanie ofert na pozycje.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności

Do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu). Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/uck>

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie. Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach Ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wykonawca gwarantuje w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy utworzenie w Pracowni Endoskopii pokój nr 18 depozytu zawierającego asortyment przedmiotu umowy .Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium 3.375,00 zł

Powinno być:

Wykonawca gwarantuje w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy utworzenie w Pracowni Endoskopii pokój nr 18 depozytu zawierającego asortyment przedmiotu umowy .Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium 3.375,00 zł jeżeli składa ofertę na wszystkie pozycje, 2.871,00 zł jeżeli składa ofertę na poz. nr 1, 504,00 zł jeżeli składa ofertę na poz. nr 2

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych (w zakresie pakietów 1,2,3,4 termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy dotyczy zarówno otrzymania protez w ramach ustanowienia depozytu jak i uzupełniania depozytu).

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 11

Zamiast:

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium 97,00 zł

Powinno być:

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium 168,00 zł jeżeli składa ofertę na wszystkie pozycje, 97,00 zł jeżeli składa ofertę na poz. nr 1, 42,00 zł jeżeli składa ofertę na poz. nr 2, 29,00 zł jeżeli składa ofertę na poz. nr 3

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 12

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 12

Zamiast:

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium 164,00 zł

Powinno być:

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium 164,00 zł jeżeli składa ofertę na wszystkie pozycje, 69,00 zł jeżeli składa ofertę na poz. nr 1, 95,00 zł jeżeli składa ofertę na poz. nr 2

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 20

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 21

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 24

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 25 pakietów), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Powinno być:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnym w tym zakresie.Zamawiający

Nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w danym pakiecie.

Termin przydatności do użycia - zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w formularzu ofertowym lecz nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy wyrobów medycznych.

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zamawiający wymaga, złożenia oferty zawierającej następujące dokumenty:

1) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 1 do SIWZ 2) dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy dołącza aktualne na dzień składania

Ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

3) Wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do

Reprezentowania wykonawcy formularze asortymentowo-cenowe (odpowiednio do oferowanego/nych pakietów) zawierające wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe oraz wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia według druków stanowiących załączniki nr 4.1-4.25 do SIWZ, 4) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

według załącznika nr 3a lub 3b do SIWZ. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw

Wykluczenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub Zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed Upływem terminu składania ofert.

6) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

a) opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe lub ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

b) partii próbnej oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

— dla pakietów: 1-10,13,14,16,18,19,21,23,24,25 po 1 sztuce dla każdej oferowanej pozycji przedmiotu zamówienia z formularzy asortymentowo cenowych załączników 4.1 - 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium Powinno być:

Zamawiający wymaga, złożenia oferty zawierającej następujące dokumenty:

1) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 1 do SIWZ 2) dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy dołącza aktualne na dzień składania

Ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

3) Wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do

Reprezentowania wykonawcy formularze asortymentowo-cenowe (odpowiednio do oferowanego/nych pakietów) zawierające wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe oraz wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia według druków stanowiących załączniki nr 4.1-4.25 do SIWZ, 4) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3a lub 3b do SIWZ. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw

Wykluczenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub Zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed Upływem terminu składania ofert.

6) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

a) opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe lub ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

b) partii próbnej oferowanego przedmiotu zamówienia dla pakietów:

Pakiet 1: proteza długości 12 cm, średnicy 23/28

Cd patrz VII.2

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 25/08/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E055, 25.8.2020 o godz. 10.30 poprzez ich odszyfrowanie na platformie SmartPZP.

Powinno być:

Data: 07/09/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E055 w dniu 7 września 2020 r. o godz. 10.30 poprzez ich odszyfrowanie na platformie SmartPZP.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 25/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 07/09/2020

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

c.d

Pakiet 2-3: proteza długości 60 mm, średnicy 10 mm

Pakiet nr 4:

Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych przeznaczona do leczenia zwężeń nowotworowych, wykonana z drutu nitinolowego o splocie typu S, o atraumatycznych końcach, niepokrywana albo całkowicie lub częściowo pokrywana błoną silikonową (całkowicie pokrywana wyposażona w pętlę do repozycji na dystalnym końcu), o średnicach po rozprężeniu 10 mm oraz długości 70 mm, wyposażona w znaczniki RTG na obu końcach i w środku protezy, z zestawem wprowadzającym o średnicy $\leq 8F$ i długości ≥ 180 cm dostosowanym do przewodnicy 0,035", umożliwiającym ponowne schowanie protezy po częściowym uwolnieniu.

Pakiet 5:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku łyżeczki z okienkiem i igłą typu szczęki aligatora, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm – 1 sztuka

Pakiet 6:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, z ząbkowanymi łyżeczkami z okienkiem ułatwiającym utrzymanie i wyjęcie wycinków, o wymiarach $\geq 2.4 \geq 2.95$ mm i rozwarciu ≥ 7.25 mm, z igłą, o długości ≥ 230 cm i średnicy dostosowanej do kanału biopsyjnego 2.8 mm, pokryte osłoną teflonową bezpieczną dla kanałów biopsyjnych, o wysokiej giętkości umożliwiającej wprowadzenie przez duodenoskop do przewodu żółciowego i/ lub trzustkowego – 1 sztuka

Pakiet 7: punkt 1, 3 i 4 – po 1 sztuce.

Pakiet 8:

Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania, pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie i izolującym elektrycznie, dwukolorowym ułatwiającym ocenę ruchu, o sztywności standardowej i zwiększonej, średnicy 0.025 i 0.035 i 0.038" długości ≥ 450 cm), z końcówkami atraumatycznymi z wolframu (dla zapewnienia odpowiedniej widoczności w RTG), pokrytymi substancją hydrofilną, o długości (5 cm, 10 cm oraz 5 i 10 cm po obu stronach narzędzia) oraz kształcie (prosta i zagięta)

do wyboru. Rodzaj i rozmiar będzie każdorazowo określany w zamówieniu – po 1 sztuce z rozmiaru 0,025 i 0,035” standardowa i zwiększona sztywność.

Pakiet 9: punkt 1. po 1 przewodnicy o średnicy 0.025 i 0.035”

Pakiet 10:

Punkt 1. Jednorazowy papilotom dwukanałowy typu „pull” o maksymalnej średnicy 6F, z zagiętą końcówką widzialną w RTG wyposażoną w barwne znaczniki głębokości wprowadzenia, z cięciwą wykonaną z drutu monofilamentnego o długości 25 mm – 1 sztuka

Pakiet 12:

Punkt 1 - 1 sztuka,

Punkt 2. - 1 sztuka w średnicy 1,25 mm.

Pakiet 13: punkt 1 - 1 sztuka, punkt 2 – 1 sztuka

Pakiet 14. punkt 1 - 1 sztuka

Pakiet 18: punkt 1 – 1 sztuka

Pakiet 19: punkt 1- balon o średnicy 8 mm 1 sztuka

Pakiet 20: 1 sztuka

Pakiet 22: 1 sztuka

Pakiet 23: punkt 1. - 1 sztuka igły o średnicy 19 G

Pakiet 24:

Pętla elektrochirurgiczna do polipektomii jednorazowego użytku zeskalowaną rękojeścią; drut monofilamentny o grubości 0,3 mm, kształt owalny, średnica 10 mm długość ≥ 230 cm, osłona o średnicy < 2.8 mm – 1 sztuka

Pakiet 25:

Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomii na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 15 mm; pętla z drutu plecionego o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm - 1 sztuka.