



DZP/381/28/EAT/2020

Katowice /02.10.2020

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym do 30 000 euro
na dostawę videolaryngoskopu**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuszcza ochronę przed wnikaniem wody min. IPx7 tylko dla części roboczej urządzenia oraz uszczelnienie czoła urządzenia wraz z przyciskami sterującymi umożliwiające dezynfekcję ekranu i górnej części urządzenia za pomocą ściereczki nasączonej środkiem dezynfekcyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie videolaryngoskopu o wadze około 350 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuszcza czas pracy urządzenia około 200 minut?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych