



DZP/381 / 54B/2018

Katowice 12.06.2018

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową lasera
excimerowego MEL80 wraz z topografem i aberrometrem (CRS Master)

1 PYTANIE

Dotyczy zapisów umowy (załącznik nr 5) Paragraf 2 pkt. 12
Czy zamawiający dopuszcza zmiany w zapisie umowy z:

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy lasera excimerowego MEL80 oraz topografu i aberrometru (CRS Master) w terminie nie dłuższym niż (kryterium oceny ofert) dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii złożonego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego (za pomocą faxu lub poczty elektronicznej), jeżeli nie jest wymagane użycie części zamiennych

Na 12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy lasera excimerowego MEL80 oraz topografu i aberrometru (CRS Master) w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych** od dnia zgłoszenia awarii złożonego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego (za pomocą faxu lub poczty elektronicznej), jeżeli nie jest wymagane użycie części zamiennych

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu wykonania naprawy zgodnie z zapisem XIII.1 b) SIWZ. Maksymalny termin wykonania naprawy to 4 dni roboczych.


2 PYTANIE

Dotyczy zapisów umowy (załącznik nr 5) Paragraf 2 pkt. 13
Czy zamawiający dopuszcza zmiany w zapisie umowy z:
Jest teraz:

13. W przypadku, gdy do wykonania naprawy niezbędne było użycie części zamiennych, ich koszt zostanie ujęty w kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem naprawy Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Termin naprawy wynosi wówczas maksimum 4 dni robocze i jest liczony od dnia akceptacji i pisemnego zlecenia naprawy.

Na 13. W przypadku, gdy do wykonania naprawy niezbędne było użycie części zamiennych, ich koszt zostanie ujęty w kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem naprawy Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Termin naprawy wynosi wówczas maksimum **10 dni roboczych** i jest liczony od dnia akceptacji i pisemnego zlecenia naprawy.

ODPOWIEDZ Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy dotyczących §2 pkt 13.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych