



Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

*Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
Dostawę Wideokolposkopu*

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny kolposkop o następujących parametrach:

Głowica binokularowa

Prosta, pod kątem 45°, uchylna. Możliwość regulacji odległości żrenic

Okular

12.5X z regulacją dioptrii $\pm 7D$

Odległość między żrenicami

50-75mm

Obiektyw

zmienny obiektyw 250-430mm

Soczewka obiektywu

apochromatyczna

Powiększenie 5 stopniowe

2.6X/ 3.9X/ 6.4X/ 10.3X/ 16.1X (dla długości roboczej 250mm)

2.3X/ 3.4X/ 5.6X/ 9.0X/ 14.1X (dla długości roboczej 300mm)

2.0X/ 3.0X/ 5.0X/ 8.0X/ 12.6X (dla długości roboczej 350mm)

1.7X/ 2.6X/ 4.3X/ 6.8X/ 10.7X (dla długości roboczej 430mm)

System optyczny

Galileo

Pole widzenia

dia. 15.9mm-150.2 mm

Oświetlenie

LED, $\geq 50,000$ godzin

Intensywność oświetlenia

$\geq 50,000$ Lux

Renderowanie kolorów

≥ 85

Temperatura barwowa

5700k

System oświetlenia

Naturalne oświetlenie / filtr zielony / filtr niebieski / filtr regulujący odbłaski / filtr laserowy
(opcja)

Stojak

Mobilny stojak podłogowy z 5 kołami, wahaczem z niemiecką sprężyną pneumatyczną

Wysokość robocza

900MM-1300MM

Monitor 24"

Wbudowana kamera Kamera ALL-CAM2 Full Function wyposażona w:

1. 1/2 "SONY CMOS o wysokiej czułości i niskim poziomie szumów

2. HD1080P 60 kl./s (16:9)

3. Dysk flash USB (64G) można podłączyć zewnątrz

4. Format zdjęć: JPG; Video: format MP4

5. Zamrożenie, fotografowanie, nagrywanie wideo, automatyczna ekspozycja, balans bieli, odtwarzanie i krzywa krzyżowa

6. Wartość ekspozycji, najlepsza jasność, wzmocnienie, wzmocnienie czerwieni, wzmocnienie koloru niebieskiego, nasycenie, współczynnik kontrastu, rozdzielczość i HDR

7. Przerzucanie w poziomie, przerzucanie w pionie, pomniejszanie, powiększanie, AOI i porównywanie obrazów

8. Obsługa wielu transmisji w czasie rzeczywistym przez transmisję WIFI i HDMI

9. Automatyczne/autonomiczne nazewnictwo, czas pokazywania/ukrywania, pokaz/ukrywanie LOGO, informacje o wersji, chiński/angielski, ustawienie rozdzielczości, ustawienie



nazewnictwa, aktualizacja systemu, reset do ustawień fabrycznych, wewnętrzna sieć
WIFI/zewnętrzna sieć WIFI
10. System Windows
11. System Android, system IOS
12. Dodatkowa karta przechwytywania NIE jest wymagana

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu, wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji i zmienia zapis dotyczący
wymaganego parametru „rok produkcji” :**

- Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy)
- Załącznik nr 4 SWZ (parametry techniczno – użytkowe) w pkt. 1

Zamawiający zmienia terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2024r godz. 10:00
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 15.01.2024r godz. 10:30
Termin związania ofertą : 13.02.2024r

W załączeniu: ZMIENIONY Załącznik nr 1
ZMIENIONY Załącznik nr 4

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Rendita Wachowicz
Rendita Wachowicz