



DZP.381.81A.2023

Katowice 13.09.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę aparatu USG*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

Pytanie 1

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta o wadze 91 kg.?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 4 000 000 kanałów przetwarzania?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych?

Zamawiający wymaga na wyposażeniu aparatu 3 głowice.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwością obrotu pulpitu operatora prawo/lewo: +/- 40 stopni oraz góra/dół w zakresie aż 36 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada zakres częstotliwości pracy 1 MHz – 20 MHz?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który nie posiada aktywnego gniazda na kabel EKG do monitorowania parametrów życiowych?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada Głowicę convex szerokopasmowa, gdzie ilość elementów akustycznych wynosi 192 ale zbudowanej w technologii Single Cristal. Technologia ta nie wymaga dużej ilości elementów akustycznych aby osiągnąć wyższe parametry techniczne niż w technologii Muticristal.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 8

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada Głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy 3 MHz-11 MHz z płaszczyzną skanowania czoła głowicy 45 mm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada częstotliwość odświeżania obrazu 2D w ilości 500 Hz?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który nie posiada możliwości wyświetlania obrazu diagnostycznego na panelu dotykowym. Tego typu parametr nie ma uzasadnienia merytorycznego, jest charakterystyczny dla jednego producenta a jedynie ogranicza możliwość złożenia ważnej oferty przez innych producentów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga możliwość wyświetlenia obrazu diagnostycznego z badania na panelu dotykowym aparatu.

Pytanie 11

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada tryb Doppler fali ciągłej (CW) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach przy zerowym kącie bramki +/- 22,06 m/s. Tego typu prędkości (CW) są bardzo wysokie i absolutnie wystarczające do przeprowadzenia wszystkich badań kardiologicznych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o Głowicę convex szerokopasmowa, gdzie ilość elementów akustycznych wynosi 192 ale zbudowanej w technologii Single Cristal. Technologia ta nie wymaga dużej ilości elementów akustycznych aby osiągnąć wyższe parametry techniczne niż w technologii Muticristal.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o Głowicę liniową szerokopasmowa o częstotliwości 5 MHz- 14 MHz 3 gdzie ilość elementów akustycznych wynosi 1700? Zamawiający opisując tego typu zapis w możliwościach rozbudowy charakterystyczny dla jednego producenta ogranicza jedynie złożenie ważnej oferty przez innych producentów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o Głowicę sektorową szerokopasmowa gdzie ilość elementów akustycznych wynosi 96? Zamawiający opisując tego typu zapis w możliwościach rozbudowy charakterystyczny dla jednego producenta ogranicza jedynie złożenie ważnej oferty przez innych producentów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 15

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o Głowicę sektorową przezprzetętkową gdzie ilość elementów akustycznych wynosi 64? Zamawiający opisując tego typu zapis w możliwościach rozbudowy charakterystyczny dla jednego producenta ogranicza jedynie złożenie ważnej oferty przez innych producentów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów mięsnych (piersi, tarczycy, macicy, nerki itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Dot. Załącznika nr 6 do SWZ § 4 ust. 2-3

„2.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu niewynikające z winy Zamawiającego, w tym będące wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów),

3.W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 (obejmującego koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany Aparatu lub (jeżeli to możliwe) wymiany poszczególnych elementów także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany tych elementów jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów)”

Pragniemy zauważyć, że rozszerzenie gwarancji do sytuacji, które są wynikiem eksploatacyjnego zużycia aparatu lub jego części jest wykroczeniem poza ramy odpowiedzialności kontraktowej. Zwracamy się więc z prośbą o zmianę przedmiotowych ustępów w następujący sposób:

„2.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu niewynikające z winy Zamawiającego. 4

3.W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 (obejmującego koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany Aparatu lub (jeżeli to możliwe) wymiany poszczególnych elementów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy w zakresie paragrafu 4, ustęp 9 z:

„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu (podzespołu)

Aparatu przekroczy 3 (trzy), Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Aparatu na nowy.”

na:

„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu (podzespołu) Aparatu przekroczy 3(trzy), Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy.”

Informujemy, iż producent oferowanego przez nas aparatu nie przewiduje wymiany całości aparatu w przypadku awarii jednego z jego elementów, ale wymianę tegoż elementu, co prowadzi do przywrócenia pełnej sprawności aparatu. Zapis w obecnym brzmieniu powoduje konieczność kalkulowania przez Wykonawcę do ceny oferty ewentualnej wymiany aparatu, co nadmiernie ją zawyży.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 19

Dot. Załącznik nr 4. pkt.47.

Czy w związku z wyposażeniem aparatu ultrasonograficznego m.in. w głowicę sektorową, Zamawiający będzie wymagał w SWZ, aby oferowany aparat posiadał oprogramowanie wraz z pakietem kalkulacyjnym do badań kardiologicznych dorosłych?"

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

W załączeniu Zamawiający przekazuje:

- zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia- załącznik 4 do SWZ.

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:


Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2023r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2023r. o godz. 10:30

Termin związania ofertą do dnia 19.12.2023

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie obejmującym powyższe informacje. Opublikowane Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Katarina Maciej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych