



DZP.281.24A.2024

Katowice 26.04.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa płynów dializacyjnych oraz materiałów jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów”.

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy: pakiet nr 1 załącznik 1A

Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert wielu wykonawcom wydzieli pozycje 8 i 9 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody (brak technicznej możliwości w publikowanych ogłoszeniach).

Pytanie nr 2

Dotyczy: pakiet nr 1 załącznik 1A

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści produkt równoważny: cewnik czasowy do hemodializy dwuświatłowy 12F lub 14F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 15,20,24cm, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35" x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skalpel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego cewnika.