

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie do 30 000 euro na dostawę aparatu KTG ciąża bliźniacza oraz przenośnego detektora płodu (2 szt.)

Pytanie 1: (dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy) Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu umowy: „W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany aparatu lub jego poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia aparatu lub jego części (podzespołów).” na: „W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany aparatu lub jego poszczególnych części (podzespołów).” Zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady aparatu niewynikające z winy Zamawiającego, a więc Zamawiający jest w ten sposób chroniony przed wadami mogącymi wystąpić w aparacie bądź podzespołach z winy wykonawcy/producenta. Sposób eksploatacji jest tylko i wyłącznie zależny od Zamawiającego, a więc niezależny od wykonawcy i nie powinien on ponosić za niego odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza proponowaną zmianę do wzoru umowy.

Pytanie 2: (dotyczy § 4 ust. 8 wzoru umowy) Prosimy Zamawiającego o zwiększenie liczby napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu z 2 do 3, po których wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy.

Odpowiedź: Tak., Zamawiający zwiększa liczbę napraw do 3.

Pytanie 3: (dotyczy § 4 ust. 14 wzoru umowy) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy: „W razie niewykonania w terminie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy” na: „W razie niewykonania w terminie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich wykonania innemu autoryzowanemu serwisowi na koszt Wykonawcy”. Jako autoryzowany serwis sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, biorący odpowiedzialność za sprzęt z tytułu gwarancji, chcielibyśmy i sugerujemy, że sprzęt powinien być serwisowany przez firmy mające doświadczenie i specjalizujące się w naprawie aparatury medycznej, mające potrzebne narzędzia oraz dostęp do oryginalnych części.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza proponowaną zmianę.

Pytanie 4: (dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy) Prosimy Zamawiającego o zmianę kar umownych na:

- za opóźnienie w realizowaniu któregośkolwiek z obowiązków względem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 25,00 zł za każdy dzień opóźnienia
- za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy – w wysokości 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia, o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z § 4 ust. 7 umowy
- za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy – w wysokości 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia
- 5% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie 5: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez pracowników wykonawcy identyfikatorów lub ubrań roboczych z widoczną nazwą firmy. Przedmiotem zamówienia nie jest aparatura medyczna, która może mieć szkodliwe działanie dla pacjentów, pracowników szpitala, firmy. Wykonawca nie stosuje i nie posiada ubrań roboczych, a więc byłby to dodatkowy koszt dla firmy, co zwiększałoby ewentualną cenę przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6: (dotyczy formularza ofertowego – zał. nr 2)

Prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza ofertowego dotyczącej części 1 zamówienia.

Części 1 zamówienia

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł
(słownie:.....)

na:

Części 1 zamówienia

Aparat KTG:

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

Wózek do mocowania aparatu KTG

cena netto zł


podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

Prośbę swą motywujemy tym, iż aparat KTG oraz wózek podlegają różnej stawce VAT. Aparat KTG jest wyrobem medycznym (8% VAT), natomiast wózek do mocowania KTG wyrobem medycznym nie jest (23% VAT).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia formularz na dołączony do odpowiedzi..

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego dr. prof. T. Gbureckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr. J. Kozłowski, Rachmistrz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych