

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

DZP.381.87A.2023

Katowice 08.09.2023

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
pn: dostawa ultrasonografu**

1. PYTANIE

Dotyczy punkt 7 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z monitorem LCD o wielkości 21,5 cala.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SWZ w zakresie objętym pytaniem.

2. PYTANIE

Dotyczy punkt 34 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie prędkości dopplera pulsacyjnego +/- 850 cm/s.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SWZ w zakresie objętym pytaniem.

3. PYTANIE

Dotyczy punkt 68 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o kącie skanowania 72 stopnie spełniającej pozostałe parametry

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SWZ w zakresie objętym pytaniem.

4. PYTANIE

Pytanie pkt.47

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy Premium który posiada obrazowanie naczyń narządów mięsistych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów dostępne na głowicach convex oraz liniowej, tj. tryb rozszerzony Doppler Kolorowy o wysokiej czułości i rozdzielczości przestrzennej do obrazowania wolnych przepływów w małych naczyniach, mikroprzepływów i przepływów o wysokich prędkościach Producent nie określa ściśle głębokości oraz szybkości przepływów.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 4 pkt. 47. W załączeniu zmieniony załącznik 4

5. PYTANIE

Pytanie pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium bez oprogramowania umożliwiającego wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze. Oferujemy tożsame rozwiązanie Tryb obrazowy, o wysokiej czułości służący do wyświetlania przepływu krwi w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę. Podstawą jego działania jest separacja i analiza sygnału tworzącego obraz przy wykorzystaniu metody przestrzeni własnej. Oprogramowanie może pracować w trybie jednokierunkowym i dwukierunkowym. Daje możliwość usunięcia obrazu B/W i uwidocznienie tylko przepływu – czyli unaczynienia.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 4 pkt. 51 i wprowadza punktację dotyczącą w/w parametru. W załączeniu zmieniony załącznik 4 i 4A

6. PYTANIE

Pytanie pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści do postępowania USG klasy Premium z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 5,0 – 13,0 MHz? Oferowana głowica posiada niższy zakres częstotliwości o 1 MHz od wymaganej przez zamawiającego. Niższy zakres częstotliwości daje możliwość lepszej wizualizacji narządów głębiej położonych.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 4 pkt. 59. W załączeniu zmieniony załącznik 4

7. PYTANIE

Pytanie pkt. 60

Zamawiający wymaga liczby elementów w głowicy min. 190. Oferujemy głowicę 192 elementową wykonaną w technologii Micro Piezo-composite Technology pozwalającą na superprecyzyjne ogniskowanie sygnałów w dwóch płaszczyznach, w pełni zastępując klasyczne głowice matrycowe. Prosimy zatem o zniesienie punktacji w kryterium oceny z uwagi na to że rozwiązanie które oferujemy jest równoważne z technologią matrycową. Zachowanie punktacji będzie krzywdzące dla wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający rezygnuje z punktacji w/w parametru. W załączeniu zmieniony załącznik 4 i 4A

8. PYTANIE

Pytanie pkt. 61

Czy Zamawiający dopuści do postępowania USG klasy Premium z szerokością pola skanowania sondy 50 mm? Tak mała różnica względem wymaganej przez zamawiającego nie wpłynie negatywnie na jakość obrazowania. Aparat posiada funkcję obrazowania trapezowego dzięki której możemy rozszerzyć wyświetlany obraz i powiększyć obszar skanowanie głowicy.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 4 pkt. 61 i wprowadza punktację dotyczącą w/w parametru. W załączeniu zmieniony załącznik 4 i 4A

9. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych i 1 gniazdo tzw. parkingowe?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 4 pkt. 5 dotyczącą w/w parametru. W załączeniu zmieniony załącznik 4

10. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada monitor LCD LED o przekątnej 23 cale i wysokiej rozdzielczości (Full HD – 1920x1080 pikseli)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

11. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego – pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada maksymalną liczbę obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cine) na poziomie 10 000 obrazów?

W codziennej praktyce proponowana ilość jest zupełnie wystarczająca do wszystkich procedur diagnostycznych i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu (10 000 obrazów tj. aż ok. 5 minut zapisu w zależności od rodzaju badania). W zasadzie poza zaawansowaną kardiologią tak duża pojemność pamięci Cineloop nie jest stosowana.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 4 i 4 A pkt. 13

W załączeniu zmieniony załącznik 4 i 4A

12. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miękkich (piersi, tarczycy, macicy, nerki itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania $FR > 50$ obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2×2 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając dodatkowy parametr techniczny i wprowadza dodatkową punktację tego parametru. W załączeniu zmieniony załącznik 4 i 4A (DODANY PARAMETR).

13. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego,

Analizując wymogi zawarte w SWZ można wysnuć wniosek, iż Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania (Reporting and Data System) stosowanego do klasyfikacji zmian/guzów takie jak: BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

14. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego

W dobie ogólnoswiatowej pandemii SARS-Covid-19 funkcjonalność umożliwiająca zdalny dostęp do aparatu diagnostycznego jest niezwykle istotna czy wręcz niezbędna – w przypadku zamknięcia szpitali (lockdown) umożliwia zdalną opiekę serwisową i aplikacyjną bez fizycznej wizyty inżyniera serwisowego. Zamawiający zamierza zakupić nowoczesny ultrasonograf, który powinien być gotowy na współczesne zagrożenia - czy w związku z tym będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał możliwość zdalnego dostępu do aparatu umożliwiającego: diagnostykę, opiekę serwisową i aplikacyjną, a także upgrade systemu, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i chat w celach edukacyjnych i pomocy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

15. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

16. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego,

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Shear Wave kodowane kolorem dostępne na oferowanej sondzie Convex i Endo?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 53 załącznik nr 4 i wprowadza w tym zakresie punktację – pkt 53 załącznik 4A.

W załączeniu zmienione załączniki 4 i 4A.

17. PYTANIE

Dot. Tabela – Opis Parametru Wymaganego,

Analizując wymogi zawarte w SWZ można wysnuć wniosek, iż Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał najnowszej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

18. PYTANIE

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ § 4 ust. 2-3

„2.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu niewynikające z winy Zamawiającego, w tym będące wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów),

3.W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 (obejmującego koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany Aparatu lub (jeżeli to możliwe) wymiany poszczególnych elementów także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany tych elementów jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów)”

Pragniemy zauważyć, że rozszerzenie gwarancji do sytuacji, które są wynikiem eksploatacyjnego zużycia aparatu lub jego części jest wykroczeniem poza ramy odpowiedzialności kontraktowej. Zwracamy się więc z prośbą o zmianę przedmiotowych ustępów w następujący sposób:

„2.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu niewynikające z winy Zamawiającego.

3.W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 (obejmującego koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany Aparatu lub (jeżeli to możliwe) wymiany poszczególnych elementów.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

19. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 4:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który posiada 4 718 592 niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

20. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 7:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w 24" monitor WLED o rozdzielczości HD (1920x1080)? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

21. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 13:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści aparat klasy Premium, wyposażony w pamięć dynamiczną obrazu tzw. CineLoop równą 2200 obrazów? Z praktycznego punktu widzenia taka liczba obrazów jest wystarczająca do przeprowadzenia pełnego i efektywnego badania ultrasonograficznego. Pragniemy zauważyć, iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znacząco ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał zmiany zapisu w/w parametru. W załączeniu zmieniony załącznik 4 i załącznik 4A

22. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktów 16 i 17:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta, który pozwala na zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, AVI w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu; PenDrive lub płyty CD/DVD? Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia archiwizację danych w powszechnie przyjętych standardach medycznych i jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem na całym świecie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapisy dotyczące pkt 16 i 17 w załączniku nr 4. W załączeniu zmieniony załącznik 4

23. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 30:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta, który posiada na głowicach liniowych obrazowanie trapezowe? Obrazowanie romboidowe technologicznie jest starszym i gorszym trybem obrazowania, oraz daje mniejszy komfort w trakcie badania. Tak więc oferowane przez nas rozwiązanie przewyższa wymogi Zamawiającego

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem. Dotyczy parametru nr 29 i 30

24. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 41:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. +/- 7 m/sek dla zerowego kąta? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty na wysokiej klasy USG renomowanego producenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

25. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 43:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, którego frame rate dla trybu B + kolor (CD) wynosi maksymalnie 220 obrazów / sekundę? Powszechnie w trakcie badania echokardiograficznego pracuje się na częstotliwościach odświeżania mniejszych o jeden rząd wielkości, tak więc oferowane przez nas rozwiązanie wydaje się być zdecydowanie wystarczające

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

26. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 49:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta, który pozwala na dokonanie do 8 pomiarów na jednym obrazie? Powszechnie w trakcie wykonywania badania echokardiograficznego wykorzystuje się maksymalnie 6-8 pomiarów, oferowany przez nas system zapewnia generowanie raportów pomiarowych i przeprowadzenie dodatkowych pomiarów na innej akwizycji obrazowej nie ma więc większego wpływu na ergonomię pracy z systemem. Pragniemy zauważyć, iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znacząco ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapisy dotyczące w/w parametru. W załączeniu zmieniony załącznik 4

27. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 56:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który w opcjach rozbudowy o posiada obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów do 60 cm? Pragniemy zauważyć, że najdłuższy mięsień w ciele człowieka ma około 50 cm. (mięsień krawiecki). Tak więc proponowane przez nas rozwiązanie w żaden sposób nie ograniczy funkcjonalności oferowanego systemu. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty na wysokiej klasy USG renomowanego producenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

28. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 57:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium, renomowanego producenta, wyposażony w głowicę typu convex, zbudowaną z 320 elementów akustycznych PureWave o zakresie częstotliwości pracy do 1.0 do 5.0 MHz., szer. skanu 55 mm. kącie skanowania 111 stopni? Kryształy PureWave z których zbudowana jest głowica charakteryzują się większą czystością, jednorodnością i są o 85% bardziej wydajne od innych technologii wykorzystywanych do budowy głowic. Technologia PureWave zapewnia lepszą penetrację u pacjentów trudnych do obrazowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

29. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 61:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta, wyposażony w głowicę liniową szeroko pasmową o zakresie częstotliwości od 2 do 22 MHz, zbudowaną z 1920 elementów akustycznych PureWave. Kryształy PureWave z których zbudowana jest głowica charakteryzują się większą czystością, jednorodnością i są o 85% bardziej wydajne od innych technologii wykorzystywanych do budowy głowic. Technologia PureWave zapewnia lepszą penetrację u pacjentów trudnych do obrazowania. Szerokość pola skanowania 50mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapisy dotyczące pkt 61 w załączniku nr 4 i wprowadza punktację dotyczącą w/w parametru – w załączeniu zmieniony załącznik 4 i 4A

30. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 66:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium, renomowanego producenta, wyposażony w głowicę typu Głowica transrectalna/endowaginalna C10-3v, zakres częstotliwości pracy od 3,0 do 10,0MHz, kat skanowania 163 stopni, obrazowanie harmoniczne, zbudowaną z 256 elementów akustycznych typu PureWave (odpowiednik technologii Single Crystal)? Kryształy PureWave z których zbudowana jest głowica charakteryzują się większą czystością, jednorodnością i są o 85% bardziej wydajne od innych technologii wykorzystywanych do budowy głowic. Technologia PureWave zapewnia lepszą penetrację u pacjentów trudnych do obrazowania. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

31. PYTANIE

dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, punktu 29:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium, renomowanego producenta, który zapewnia obrazowanie trapezowe +/-15 stopni? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie objętym pytaniem

32. PYTANIE

dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §...umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

33. PYTANIE

dotyczy wzoru umowy:

Prosimy odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

W załączeniu

ZMIENIONY załącznik nr 4 i ZMIENIONY załącznik 4A

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2023r. o godz. 10:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2023r. o godz. 10:30

Oferta musi zachować ważność do 18.12.2023r.

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Opublikowane sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


mgr Karina Matusz
Kierownik Działu Zamówień