



DZP. 281.2.EAT.2026

Katowice 22.04.2026 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert pn. „Obsługa serwisowa aparatury neonatologicznej”

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

Fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Pyt. 1 dot. SWZ, Część 4: Obsługa serwisowa aparatury neonatologicznej (Dräger)

Zgodnie z wymaganiami producenta w stanowiskach do resuscytacji noworodków konieczna jest wymiana mieszalnika gazów co 2 lata na nowy lub zregenerowany. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wymiany tej części przy najbliższym przeglądzie w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przeglądy serwisowe były wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku, gdy zalecenia producenta przewidują konieczność wymiany mieszalnika gazów Wykonawca zobowiązany jest do dokonania takiej wymiany w trakcie przeglądu w okresie obowiązywania umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Agata Choliuj
mgr Agata Choliuj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych