Załącznik nr 1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ssak elektryczny – 2szt.

Lp.	Opis parametru, funkcje	Parametry wymagane
1	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2026	TAK
2	Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz	TAK
3	Zmienna wydajność ssaka: 40, 50 i 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)	TAK
4	Podciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 95 kPa	TAK
5	Waga ssaka z wózkiem max. 16 kg,	TAK
6	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg	TAK
7	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.	TAK
8	Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, , bezolejowa, bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji).	TAK
9	Gładka, jednoczęściowa obudowa odporna na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED.	TAK
10	Cicha praca (do 45 dB).	TAK
11	Pobór mocy maksymalnie 125 W	TAK
12	Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz./dobę)	TAK
13	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25 – 0,3 litra.	TAK
14	Klasa IIa, typ CF	TAK
15	Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach oraz wkładów jednorazowych	TAK
16	Wózek jezdny kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z min. 2 blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria	TAK
17	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek	TAK
	WYPOSAŻENIE	
1	- zbiornik 2,5 l do wkładów jednorazowych – 2szt. / 1 ssak - uchwyt naszynowy do zbiornika – 2szt. / 1 ssak - wkład jednorazowy 2,5 l z żelem – 30szt./ 1 ssak - filtr jednorazowy – 5szt. / 1 ssak - zawór przełączający między zbiornikami – 1szt. / 1ssak - uchwyt na dren – 1szt. / 1 ssak - dren silikonowy 2m – 1szt. / 1 ssak - łącznik dren-cewnik – 1szt. / 1 ssak	TAK