

Pytanie 1 dot. Załącznika nr 1a – Wzór umowy §2 ust. 15 lit. B

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 10 dni roboczych od dnia akceptacji kosztów przy konieczności użycia części zamiennych ze względu na ich dostawę z zagranicy?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

Pytanie 2 dot. Załącznika nr 1a – Wzór umowy §2 ust. 15 lit. C

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu reakcji zdalnej do 72 h od chwili zgłoszenia?

Zamawiający wydłuża czas reakcji zdalnej do 48h.

Pytanie 3 dot. Załącznika nr 1a – Wzór umowy §2 ust. 19

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie 6 miesięcznego okresu gwarancji na wymienione części i podzespoły od dnia podpisania Raportu serwisowego, gdyż takiej gwarancji udziela na części producent mikroskopów?

Zamawiający dopuszcza 6 miesięczny okres gwarancji.

Pytanie 4 dot. Załącznika nr 1a – Wzór umowy §2 ust. 21

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu usunięcia wady do 3 dni roboczych bez konieczności użycia części oraz do 10 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części z zagranicy od dnia uwzględnienia reklamacji?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

Pytanie 5 dot. Załącznika nr 1a – Wzór umowy §4 ust. 1 lit. b, c

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia względem ustalonego terminu?

Zamawiający nie zmienia zapisu.

Pytanie 6 dot. Załącznika nr 2a – Formularz asortymentowo-cenowy (Ceglana)

Uprzejmie prosimy o wyłączenie mikroskopu OPMI Visu 140 (poz. 2) z pakietu ze względu na brak wsparcia technicznego producenta mikroskopu, co wiąże się m.in. z brakiem części zamiennych?

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie mikroskopu OPMI Visu 140 z pakietu.

Pytanie 7 dot. Załącznika nr 1b – Wzór umowy §2 ust. 15 lit. B

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 10 dni roboczych od dnia akceptacji kosztów przy konieczności użycia części zamiennych ze względu na ich dostawę z zagranicy?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

Pytanie 8 dot. Załącznika nr 1b – Wzór umowy §2 ust. 15 lit. C

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu reakcji zdalnej do 72 h od chwili zgłoszenia?

Zamawiający wydłuża czas reakcji zdalnej do 48h.

Pytanie 9 dot. Załącznika nr 1b – Wzór umowy §2 ust. 19

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie 6 miesięcznego okresu gwarancji na wymienione części i podzespoły od dnia podpisania Raportu serwisowego, gdyż takiej gwarancji udziela na części producent mikroskopów?

Zamawiający dopuszcza 6 miesięczny okres gwarancji.

Pytanie 10 dot. Załącznika nr 1b – Wzór umowy §2 ust. 21

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu usunięcia wady do 3 dni roboczych bez konieczności użycia części oraz do 10 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części z zagranicy od dnia uwzględnienia reklamacji?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

Pytanie 11 dot. Załącznika nr 1b – Wzór umowy §4 ust. 1 lit. b, c

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia względem ustalonego terminu?

Zamawiający nie zmienia zapisu.

Termin na złożenie propozycji cenowej został przesunięty na dzień 09.09.2026